



Esclarecimento 17/09/2020 14:03:55

3º Pedido de Esclarecimento: De: Franciele - Vallitech [mailto:franciele.soares@vallitech.com.br] Enviada em: quarta-feira, 16 de setembro de 2020 09:16 Para: licitacao@cisamapi.mg.gov.br Cc: marcela@vallitech.com.br; fabiana@vallitech.com.br Assunto: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PE 007-2020 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - MG AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - MG Ref.: Pregão Eletrônico nº 007/2020 A empresa Vallitech Indústria e Comércio de Artefatos Metálicos Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.987.265/0001-98, sediada na Rua Apolônia Jacomel de Andrade, nº 140, Bairro Jardim Guairaca, Município de Pinhais-PR, para fins de participação pregão eletrônico citado acima solicita os seguintes esclarecimentos: No Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) do edital menciona : Cama hospitalar, material: polietileno, tipo: elétrico, hidráulica, acabamento das rodas: roda termoplástica, rodas: 4 rodízios de 6", freio em 2 rodízios diagonais. Capacidade de carga: mínimo 200 kg, tipos de acionamento: controle remoto e comando nas grades e peseira, componentes 01: bateria recarregável, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, características adicionais 01: grades escamoteáveis. Diante do exposto QUESTIONA-SE sobre os tipos de acionamento, pode ser apresentado controle remoto a fio OU comando nas grades e peseira? Atenciosamente,